

网土建设

二二六

材料科学与工程学院、中原关键金属实验室政府采购

合同二次履约验收报告

项目名称：郑州大学材料科学与工程学院、中原关键金属实验室（郑州大学）多功能喷涂系统项目

资金来源：科研经费 合同金额：228.6 万元

中标供应商：河南赛恩斯仪器设备有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：罗勇、张壮飞

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2024年12月16日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同二次合同履约验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财招标采购-2024-690 ”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由材料科学与工程学院组织技术人员进行了二次核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了二次初步验收，提交了二次初步验收合格报告。

首次学校验收后，采购单位与供应商针对发现的问题进行了整改，并申请验收组进行再次验收。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。验收专家组针对第一次发现的问题，进行再次验收。

三、工作组在验收中，发现：
本次验收的仪器设备整体运行视频截图缺少图注说明。
本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：
完善图注说明、经专家审核后，本次验收的仪器设备予以通过验收。

采购单位项目负责人：曹国钦

采购单位主管领导：[Signature]

采购单位监督人：[Signature]



验收工作组签名：[Signatures: 罗勇, 张壮飞, 曹国钦]

中标供应商项目负责人：徐明立

2024年12月16日

整改说明

2024年12月16日，验收专家组在郑州大学北校区7号楼101、102、125室对招标采购合同编号：豫财招标采购-2024-690，项目名称：郑州大学材料科学与工程学院、中原关键金属实验室（郑州大学）多功能喷涂系统项目的多功能喷涂系统进行了验收，提出以下整改建议：

1.整体系统运行视频截图缺少图注说明。

整体系统运行视频截图图注说明已完成，

详见后附内容。

专家审核意见：



专家签字：

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

河南晨恩新设备设备有限公司 徐明玉



材料科学与工程学院、中原关键金属实验室政府采购

合同履行验收报告

项目名称：材料科学与工程学院、中原关键金属实验室（郑州大学）多功能喷涂系统项目

资金来源：科研经费 合同金额：228.6万元

中标供应商：河南赛恩斯仪器设备有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：韩东方、罗勇

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2024年12月10日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行合同履行验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财招标采购-2024-690”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由中原关键金属实验室技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1. 本次验收的仪器设备性能测试报告不完善；
2. 操作培训不完善，熟练程度不符合合同要求；
3. 序号3-7、序号7-4实际设备技术参数与合同不符；
4. 序号8-1、8-2、8-3甲方更改了技术参数，需要提供相关说明；
5. 序号22-9水循环冷却系统液氮制冷泵没有连接；
6. 缺少整体系统运行视频资料。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，待整改结束后，本次验收的设备再予以二次验收。

采购单位项目负责人：曹国钦

采购单位主管领导：刘旭东

采购单位监督人：李磊

采购单位盖章：

验收工作组签名：

罗勇 韩东方 马双林

高加茂 李学坤

中标供应商项目负责人：徐明之

2024年12月10日